



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **HAEMOPHILUS INFLUENZAE b** Kat. č. AS 410
Product Code

Číslo šarže **1010** Datum exspirace **2021 01**
Lot No. Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 410.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 410.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Antisérum <i>H. influenzae b</i>	Fyziol.roztok (Saline)
<i>H. influenzae</i> Hi 5/63 – typ a	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 3/58 – typ b	+	-
<i>H. influenzae</i> Hi 7/63 – typ c	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 8/63 – typ d	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 9/63 – typ e	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 10/63 – typ f	-	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce
positive (agglutination) negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

Conclusion: Product corresponds to firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

27. 01. 2020

Datum Date



ITEST plus Ltd.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

Podpis

Signature