ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **HAEMOPHILUS INFLUENZAE b** Kat. č. AS 410
Product Code

Číslo šarže **2010** Datum exspirace **2021 01**
Lot No. Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 410.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 410.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Antisérum *H. influenzae* b	Fyziol.roztok (Saline)
H. influenzae Hi 5/63 – typ **a**	-	-
H. influenzae Hi 3/58 – typ **b**	+	-
H. influenzae Hi 7/63 – typ **c**	-	-
H. influenzae Hi 8/63 – typ **d**	-	-
H. influenzae Hi 9/63 – typ **e**	-	-
H. influenzae Hi 10/63 – typ **f**	-	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), positive (agglutination) **-** negativní reakce negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product corresponds to firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

27. 01. 2020
.....
Datum Date

QUALITY CONTROL ITEST plus Ltd. SUPERVISOR

ITEST plus Ltd.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis Signature