



ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

NEISSERIA MENINGITIDIS sk.A

Kat. č. **AS 401**
Code

Číslo šarže **2124**
Lot No.

Datum expirace **2025 12**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

| Kmen (Strain) | Antisérum N. meningitidis | | | | | Fyz.roztok (Saline) |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | sk. A | sk. B | sk. C | sk. X | Sk. Y | |
| <i>N.m.</i> CCM 4634 | + | - | - | - | - | - |
| <i>N.m.</i> CCM 4635 | - | + | - | - | - | - |
| <i>N.m.</i> CCM 4636 | - | - | + | - | - | - |
| <i>N.m.</i> CCM 4637 | - | - | - | + | - | - |
| <i>N.m.</i> CCM 4638 | - | - | - | - | + | - |

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce
positive (agglutination) negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

10. 12. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis

Signature