



**plus s.r.o.** biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** **NEISSERIA MENINGITIDIS sk.C**  
**Product**

**Kat. č.** **AS 403**  
**Code**

**Číslo šarže** **1104**  
**Lot No.**

**Datum expirace** **2025 10**  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

**Výsledek testu kvality:**

**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Antisérum <i>N. meningitidis</i>					Fyz.roztok (Saline)
	sk. A	sk. B	sk. C	sk. X	Sk. Y	
<i>N.m.</i> CCM 4634	+	-	-	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4635	-	+	-	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4636	-	-	+	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4637	-	-	-	+	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4638	-	-	-	-	+	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce  
positive (agglutination) negative

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

09. 10. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature