



**ITEST** plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** NEISSERIA MENINGITIDIS sk.X  
**Product**

**Kat. č.** AS 404  
**Code**

**Číslo šarže** 1114  
**Lot No.**

**Datum expirace** 2025 11  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

**Výsledek** testu kvality:  
**Result** of the quality test:

Kmen (Strain)	Antisérum N. meningitidis					Fyz.roztok (Saline)
	sk. A	sk. B	sk. C	sk. X	Sk. Y	
N.m. CCM 4634	+	-	-	-	-	-
N.m. CCM 4635	-	+	-	-	-	-
N.m. CCM 4636	-	-	+	-	-	-
N.m. CCM 4637	-	-	-	-	-	-
N.m. CCM 4638	-	-	-	-	+	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce  
positive (agglutination) negative

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

20. 11. 2024

Datum Date

Podpis

Signature