



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **NEISSERIA MENINGITIDIS sk.Y**
Product

Kat. č. **AS 405**
Code

Číslo šarže **1094**
Lot No.

Datum expirace **2025 09**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Antisérum N. meningitidis					Fyz.roztok (Saline)
	sk. A	sk. B	sk. C	sk. X	Sk. Y	
<i>N.m.</i> CCM 4634	+	-	-	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4635	-	+	-	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4636	-	-	+	-	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4637	-	-	-	+	-	-
<i>N.m.</i> CCM 4638	-	-	-	-	+	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce
positive (agglutination) negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

17. 09. 2024

Datum Date

Podpis

Signature