



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**  
**Product**

**HAEMOPHILUS INFLUENZAE b**

Kat. č. AS 410  
Code

Číslo šarže 1124  
Lot No.

Datum expirace **2025 12**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 410.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 410.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Antisérum <i>H. influenzae</i> b	Fyziol.roztok (Saline)
<i>H. influenzae</i> Hi 5/63 – typ a	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 3/58 – typ b	+	-
<i>H. influenzae</i> Hi 7/63 – typ c	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 8/63 – typ d	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 9/63 – typ e	-	-
<i>H. influenzae</i> Hi 10/63 – typ f	-	-

+ pozitivní reakce (aglutinace), - negativní reakce  
positive (agglutination) negative

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

04. 12. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature