



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST BACITRACIN H**  
Product

Kat.č. **DD 502**  
Code

Číslo šarže **1054**  
Lot No.

Datum expirace **2025 05**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 502.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 502.

**Výsledek** funkční zkoušky:  
**Result** of the functional test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Staphylococcus aureus</i> MAU 76/69	21,00 mm
<i>Streptococcus sanguis</i> Str 65/59	19,67 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR

15. 05. 2024

.....  
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

.....  
Podpis

Signature