



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST OXIDÁZA**  
Product

Kat.č. **DD 505**  
Code

Číslo šarže **1094**  
Lot No.

Datum expirace **2025 09**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 505.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 505.

**Výsledek funkční zkoušky:**  
**Result of the functional test:**

Kmen (Strain)	Barva inokula (inoculum color)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> CCM 1960	Tmavě modré-černé (dark blue-black)
<i>Enterobacter sakazakii</i> CCM 3461	Beze změny (without color change)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

Pozn.: Mírné modro-fialové zabarvení disků a jejich okrajů nemá vliv na jejich kvalitu, bezpečnosti a funkčnost. Výrobek je vhodný pro určené použití.

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

29. 09. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature