



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek ITEST X-FAKTOR  
Product

Kat.č. DD 512  
Code

Číslo šarže 1114  
Lot No.

Datum expirace 2025 11  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 512-4.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 512-4.

Výsledek funkční zkoušky:  
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Růst (growth)
<i>Haemophilus influenzae</i> CCM 4457	Ne (no)
<i>H. haemoglobinophilus</i> CCM 4648	Ano (yes)
<i>H. segnis</i> CCM 6052	Ne (no)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

08.11. 2024

Datum Date

Podpis Signature