



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST X+V-FAKTOR**  
Product

Kat.č. **DD 5141**  
Code

Číslo šarže **1074**  
Lot No.

Datum expirace **2025 07**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 512-4.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 512-4.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Růst (growth)
<i>Haemophilus influenzae</i> CCM 4457	Ano (yes)
<i>H. haemoglobinophilus</i> CCM 4648	Ano (yes)
<i>H. segnis</i> CCM 6052	Ano (yes)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

03. 07. 2024

.....  
Datum Date



*Kušeř*

.....  
Podpis Signature