



plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST NOVOBIOCIN**
Product

Kat.č. **DD 515**
Code

Číslo šarže **1104**
Lot No.

Datum expirace **2025 10**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 515.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 515.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

| Kmen (Strain) | Inhibiční zóna (inhibition zone) |
|---|----------------------------------|
| <i>S. cohnii</i> ssp. <i>urealyticum</i> CCM 4296 | 21,17 mm |
| <i>S. epidermidis</i> CCM 4418 | 0 mm |

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

17. 10. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis Signature