



**ITEST plus s.r.o.** biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**  
Product

**PIMARICIN**

**Kat.č. L D 603**  
Code

**Číslo šarže 1124**  
Lot No.

**Datum expirace 2025 12**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 603.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 603.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	15,33 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

10. 12. 2024

.....  
Datum Date

  
.....  
Podpis Signature