



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

PIMARICIN

Kat.č. DD 6031
Code

Číslo šarže
Lot No.

1124

Datum expirace
Expiry Date

2025 12

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 603.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 603.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	16,00 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

10.12. 2024

Datum Date

Podpis Signature