



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITRAKONAZOL**
Product

Kat.č. **DD 6052**
Code

Číslo šarže **1094**
Lot No.

Datum expirace **2025 09**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 605.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 605.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	15,50 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

20.09.2024

.....
Datum Date

.....
Podpis Signature