



plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **SACHARÓZA**
Product

Kat.č. **DT 711**
Code

Číslo šarže **1124**
Lot No.

Datum expirace **2027 12**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DT 711.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DT 711.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Fermentace (Fermentation)
<i>Escherichia coli</i> 01 Ec 1/49	+
<i>Salmonella abony</i> CCM 4518	-
<i>Proteus mirabilis</i> 2/35	-

+ positive
- negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR

16. 12. 2024

.....
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis Signature