



plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek  
Product

ITEST KRYOBANKA B

Kat. č. PP 64  
Code

Číslo šarže 1104  
Lot No.

Datum expirace 2025 10  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PP 64.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PP 64.

Výsledek testu kvality:  
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Růst v médiu (Growth in medium)
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 2022	+
<i>Bacillus subtilis</i> CCM 1999	+
<i>Escherichia coli</i> CCM 4517	+

+ roste (growth), - neroste (no growth)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c

500 03 Hradec Králové, ČR


08. 10. 2024

.....  
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c

500 03 Hradec Králové, CZ

  
.....  
Podpis Signature