



ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek ITEST KRYOBANKA B
Product

Kat. č. PP 64
Code

Číslo šarže 1114
Lot No.

Datum expirace 2025 11
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PP 64.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PP 64.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	řůst v médiu (Gr. wth in medium)
<i>Staphylococcus aureus</i> CCM 2022	+
<i>Bacillus subtilis</i> CCM 1999	+
<i>Escherichia coli</i> CCM 4517	+

+ roste (growth), - neroste (no growth)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c

500 03 Hradec Králové, ČR




ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c

500 03 Hradec Králové, CZ

19. 11. 2024

.....
Datum Date


.....
Podpis Signature