



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **DEOXYCHOLÁT SODNÝ**
Product

Kat.č. **PT 102**
Code

Číslo šarže **1094**
Lot No.

Datum expirace **2025 03**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PT 102.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PT 102.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Přidání PT 102 (addition of PT 102):
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	kmen se rozpustí (strain is dissolved)
<i>Streptococcus constellatus</i> CCM 4043	kmen je beze změny (strain is without change)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

06. 09. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis Signature