



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

DEOXYCHOLÁT SODNÝ

Kat.č. PT 102
Code

Číslo šarže 1114
Lot No.

Datum expirace 2025 05
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PT 102.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PT 102.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Přidání PT 102 (addition of PT 102):
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	kmen se rozpustí (strain is dissolved)
<i>Streptococcus constellatus</i> CCM 4043	kmen je beze změny (strain is without change)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

26. 11. 2024

Datum Date

Podpis

Signature