



**ITEST plus s.r.o.** biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST STREPTO GROUP**  
Product

Kat. č. **SL 111**  
Code

Číslo šarže **1094**  
Lot No.

Datum expirace **2025 02**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek testu kvality (funkční zkouška):**  
**Result of the quality test (test of the function):**

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)  
- negativní reakce (negative)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

03. 09. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature