



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek Product	ITEST STREPTO GROUP LATEXOVÉ SUSPENZE LATEX SUSPENSIONS	ANTI A ANTI B ANTI C ANTI G ANTI F	Kat. č. SL 115 Code SL 116 SL 117 SL 118 SL 119
Latex. suspenze Latex suspension	Číslo šarže Lot No.		Datum expirace Expiry Date
ANTI A	-----		-----
ANTI B	-----		-----
ANTI C	-----		-----
ANTI G	1124		2025 12
ANTI F	-----		-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)
- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

09. 12. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis

Signature