



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST S. AUREUS LATEX**
Product

Kat. č. **SL 141**
Code

Číslo šarže **1114**
Lot No.

Datum expirace **2025 11**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 141.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 141.

Výsledek testu kvality:

Result of the quality test:

Reakce (=aglutinace) IgG a fibrinogenu (=latexové suspenze) se stafylokoky.

Reaction of IgG and fibrinogen (latex suspension) with staphylococci.

Druh stafylokoka	Aglutinace	Druh stafylokoka	Aglutinace
<i>S. aureus</i> CCM 3953 (RD-S.05/4/1, 34)	+	<i>S. haemolyticus</i> 5 (RD-S.05/4/1, 46)	-
<i>S. aureus</i> CCM 4516 (RD-S.05/4/1, 36)	+	<i>S. hominis</i> 6 (RD-S.05/4/1, 47)	-
<i>S. lugdunensis</i> 24 (RD-S.05/4/1, 50)	±	<i>S. epidermidis</i> 2 (RD-S.05/4/1, 45)	-

+ pozitivní reakce (positive)

- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

18. 11. 2024

.....
Datum Date

.....
Podpis Signature