



**ITEST plus s.r.o.** biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** ITEST HELICOBACTER  
**Product**

**Kat. č.** SO 331  
**Code**

**Číslo šarže** 1124  
**Lot No.**

**Datum expirace** 2025 12  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SO 331.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SO 331.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Barva suspenze (Suspension color)
<i>Escherichia coli</i> 01 Ec 1/49	Žlutá (yellow)
<i>Yersinia enterocolitica</i> O9 Y 36/72	Růžová-fialová (pink-violet)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

13. 12. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature