



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST PYR TEST**  
Product

Kat. č. **SO 341**  
Code

Číslo šarže **1104**  
Lot No.

Datum expirace **2025 09**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SO 341.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SO 341.

**Výsledek** testu kvality:  
**Result** of the quality test:

Kmen	Zbarvení inokulovaného místa
<i>Streptococcus pyogenes</i> CCM 4425	červené
<i>Staphylococcus haemolyticus</i> 5	červené
<i>Staphylococcus auricularis</i> 8	beze změny
<i>Streptococcus</i> sp. CCM 4685	beze změny

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

08. 10. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature