



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** ITEST STREPTO GROUP  
**Product** EXTRAKČNÍ ČINIDLA  
EXTRACT REAGENTS

No. I	Kat. č.	SL 112
No. II	Code	SL 113
No. III		SL 114

Činidlo Reagent	Číslo šarže Lot No.	Datum expirace Expiry Date
No. I	1073	2024 07
No. II	-----	-----
No. III	-----	-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek** testu kvality (funkční zkouška):

**Result** of the quality test (test of the function):

Činidlo Reagent	I	II	III	I + II	I + II + III	Výsledek Result
pH	cca 6,5	< 1	> 8	< 1,5	> 7,5	Vyhovuje Complies
Barva Colour	Červená Red	Bezbarvá Colourless	Bezbarvá Colourless	Žlutá Yellow	Růžová-fialová Pink-violet	Vyhovuje Complies

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

**Conclusion:** Product corresponds to firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

17. 07. 2023

.....  
Datum Date

ITEST plus Ltd.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ



.....  
Podpis Signature