



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek  
Product

ITEST STREPTO GROUP  
EXTRAKČNÍ ČINIDLA  
EXTRACT REAGENTS

No. I  
No. II  
No. III

Kat. č.  
Code

SL 112  
SL 113  
SL 114

Činidlo  
Reagent

Číslo šarže  
Lot No.

Datum expirace  
Expiry Date

No. I  
No. II  
No. III

-----  
1034  
-----

-----  
2025 03  
-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek testu kvality (funkční zkouška):**  
**Result of the quality test (test of the function):**

Činidlo Reagent	I	II	III	I + II	I + II + III	Výsledek Result
pH	cca 6,5	< 1	> 8	< 1,5	> 7,5	Vyhovuje Complies
Barva Colour	Červená Red	Bezbarvá Colourless	Bezbarvá Colourless	Žlutá Yellow	Růžová-fialová Pink-violet	Vyhovuje Complies

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

15. 03. 2024

.....  
Datum Date

*Kuoller*  
.....  
Podpis

Signature