



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek ITEST STREPTO GROUP
Product **EXTRAKČNÍ ČINIDLA** **No. I** Kat. č. SL 112
EXTRACT REAGENTS **No. II** Code **SL 113**
No. III SL 114

Činidlo Reagent Číslo šarže Lot No. Datum expirace Expiry Date

No. I -----
No. II **1083** **2024 08**
No. III -----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

Činidlo Reagent	I	II	III	I + II	I + II + III	Výsledek Result
pH	cca 6,5	< 1	> 8	< 1,5	> 7,5	Vyhovuje Complies
Barva Colour	Červená Red	Bezbarvá Colourless	Bezbarvá Colourless	Žlutá Yellow	Růžová-fialová Pink-violet	Vyhovuje Complies

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

14. 08. 2023

.....
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

.....
Podpis

.....
Signature