



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

<b>Výrobek</b>	<b>ITEST STREPTO GROUP</b>	<b>ANTI A</b>	<b>Kat. č. SL 115</b>
Product	<b>LATEXOVÉ SUSPENZE</b>	ANTI B	<b>Code SL 116</b>
	<b>LATEX SUSPENSIONS</b>	ANTI C	SL 117
		ANTI G	SL 118
		ANTI F	SL 119

Latex. suspenze	Číslo šarže	Datum expirace
Latex suspension	Lot No.	Expiry Date
<b>ANTI A</b>	<b>1013</b>	<b>2024 01</b>
ANTI B	-----	-----
ANTI C	-----	-----
ANTI G	-----	-----
ANTI F	-----	-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

**Výsledek testu kvality (funkční zkouška):**  
**Result of the quality test (test of the function):**

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. kontrola
	A	B	C	G	F	
<b>anti A</b>	+	-	-	-	-	+
<b>anti B</b>	-	+	-	-	-	+
<b>anti C</b>	-	-	+	-	-	+
<b>anti G</b>	-	-	-	+	-	+
<b>anti F</b>	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)  
- negativní reakce (negative)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ



16. 01. 2023

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature