



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek	ITEST STREPTO GROUP	ANTI A	Kat. č. SL 115
Product	LATEXOVÉ SUSPENZE	ANTI B	Code SL 116
	LATEX SUSPENSIONS	ANTI C	SL 117
		ANTI G	SL 118
		ANTI F	SL 119

Latex. suspenze Latex suspension	Číslo šarže Lot No.	Datum expirace Expiry Date
ANTI A	-----	-----
ANTI B	1024	2025 02
ANTI C	-----	-----
ANTI G	-----	-----
ANTI F	-----	-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.

This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):

Result of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)

- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce

Conclusion: Product complies with the firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

01. 03. 2024

.....
Datum Date

Kleceř

.....
Podpis Signature