



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek	ITEST STREPTO GROUP	ANTI A	Kat. č. SL 115
Product	LATEXOVÉ SUSPENZE	ANTI B	Code SL 116
	LATEX SUSPENSIONS	ANTI C	SL 117
		ANTI G	SL 118
		ANTI F	SL 119

Latex. suspenze	Číslo šarže	Datum expirace
Latex suspension	Lot No.	Expiry Date
ANTI A	-----	-----
ANTI B	-----	-----
ANTI C	1033	2024 03
ANTI G	-----	-----
ANTI F	-----	-----

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SL 111.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SL 111.

Výsledek testu kvality (funkční zkouška):
Result of the quality test (test of the function):

Latexová suspenze	Streptokokový antigen					Polyval. Kontrola
	A	B	C	G	F	
anti A	+	-	-	-	-	+
anti B	-	+	-	-	-	+
anti C	-	-	+	-	-	+
anti G	-	-	-	+	-	+
anti F	-	-	-	-	+	+

+ pozitivní reakce (positive)
- negativní reakce (negative)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

27. 03. 2023

.....
Datum Date



.....
Podpis Signature