



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** ITEST HELICOBACTER  
**Product**

**Kat. č.** SO 331  
**Code**

**Číslo šarže** 1103  
**Lot No.**

**Datum expirace** 2024 10  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SO 331.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SO 331.

**Výsledek** testu kvality:  
**Result** of the quality test:

Kmen (Strain)	Barva suspenze (Suspension color)
<i>Escherichia coli</i> 01 Ec 1/49	Žlutá (yellow)
<i>Yersinia enterocolitica</i> O9 Y 36/72	Růžová-fialová (pink-violet)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

18. 10. 2023

.....  
Datum Date



.....  
Podpis

Signature