



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek
Product

ITEST HELICOBACTER

Kat. č.
Code

SO 331

Číslo šarže
Lot No.

2024

Datum expirace
Expiry Date

2025 02

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SO 331.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SO 331.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Barva suspenze (Suspension color)
<i>Escherichia coli</i> 01 Ec 1/49	Žlutá (yellow)
<i>Yersinia enterocolitica</i> O9 Y 36/72	Růžová-fialová (pink-violet)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

23. 02. 2024

Datum Date

Podpis Signature