



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek  
Product

ITEST PYR TEST

Kat. č. SO 341  
Code

Číslo šarže 1073  
Lot No.

Datum expirace 2024 06  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – SO 341.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – SO 341.

Výsledek testu kvality:  
Result of the quality test:

Kmen	Zbarvení inokulovaného místa
<i>Streptococcus pyogenes</i> CCM 4425	červené
<i>Staphylococcus haemolyticus</i> 5	červené
<i>Staphylococcus auricularis</i> 8	beze změny
<i>Streptococcus</i> sp. CCM 4685	beze změny

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

17. 07. 2023

Datum Date



Podpis

Signature