ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

# PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
# QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek** **NEISSERIA MENINGITIDIS sk.C** Kat. č. **AS 403**
**Product** Code

Číslo šarže **1103** Datum exspirace **2024 10**
Lot No. Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – AS 401-5.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – AS 401-5.

**Výsledek** testu kvality:
**Result** of the quality test:

| Kmen (Strain) | Antisérum N. meningitidis | | | | | Fyz.roztok (Saline) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sk. A | sk. B | sk. C | sk. X | Sk. Y | |
| *N.m.* CCM 4634 | + | - | - | - | - | - |
| *N.m.* CCM 4635 | - | + | - | - | - | - |
| *N.m.* CCM 4636 | - | - | + | - | - | - |
| *N.m.* CCM 4637 | - | - | - | + | - | - |
| *N.m.* CCM 4638 | - | - | - | - | + | - |

+ pozitivní reakce (aglutinace), positive (agglutination) - negativní reakce negative

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

QUALITY CONTROL ITEST plus Ltd. SUPERVISOR

05. 10. 2023
.....
Datum Date

.....
Podpis Signature

OS-S.07-H1/4/1