



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**     **ITEST BACITRACIN H**  
**Product**

**Kat.č.**   **DD 5021**  
**Code**

**Číslo šarže**   **5054**  
**Lot No.**

**Datum expirace**   **2025 05**  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 502.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 502.

**Výsledek funkční zkoušky:**  
**Result of the functional test:**

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Staphylococcus aureus</i> MAU 76/69	21,17 mm
<i>Streptococcus sanguis</i> Str 65/59	20,50 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

23. 05. 2024

.....  
Datum    Date

.....  
Podpis            Signature