



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek ITEST VK  
Product

Kat.č. DD 5061  
Code

Číslo šarže 1013  
Lot No.

Datum expirace 2024 01  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 506.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 506.

Výsledek funkční zkoušky:  
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Staphylococcus aureus</i> MAU 76/69	20,33 mm
<i>Escherichia coli</i> O:1 1/49	19,83 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

18. 01. 2023

.....  
Datum Date



  
.....  
Podpis

Signature