



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek ITEST V-FAKTOR
Product

Kat.č. DD 513
Code

Číslo šarže 1053
Lot No.

Datum expirace 2024 05
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 512-4.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 512-4.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Růst (growth)
<i>Haemophilus influenzae</i> CCM 4457	Ne (no)
<i>H. haemoglobinophilus</i> CCM 4648	Ne (no)
<i>H. segnis</i> CCM 6052	Ano (yes)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

04. 05. 2023

.....
Datum Date

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ



.....
Podpis

.....
Signature