



plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST V-FAKTOR**
Product

Kat.č. DD 5131
Code

Číslo šarže **1033**
Lot No.

Datum expirace **2024 03**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 512-4.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 512-4.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Růst (growth)
<i>Haemophilus influenzae</i> CCM 4457	Ne (no)
<i>H. haemoglobinophilus</i> CCM 4648	Ne (no)
<i>H. segnis</i> CCM 6052	Ano (yes)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product corresponds to firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

15. 03. 2023

.....
Datum Date

ITEST plus Ltd.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ



.....
Podpis

.....
Signature