



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **NYSTATIN**
Product

Kat.č. **DD 6012**
Code

Číslo šarže **1083**
Lot No.

Datum expirace **2024 08**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 601.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 601.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	24,50 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ

01. 09. 2023

.....
Datum Date



.....
Podpis


Signature