



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **KLOTRIMAZOL**  
Product

Kat.č. DD 6071  
Code

Číslo šarže **1013**  
Lot No.

Datum expirace **2024 01**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 607.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 607.

**Výsledek** testu kvality:  
**Result** of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	27,17 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

01. 02. 2023

.....  
Datum Date



  
.....  
Podpis Signature