



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **SACHARÓZA**
Product

Kat.č. **DT 711**
Code

Číslo šarže **1024**
Lot No.

Datum expirace **2027 02**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DT 711.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – DT 711.

Výsledek funkční zkoušky:
Result of the functional test:

Kmen (Strain)	Fermentace (Fermentation)
<i>Escherichia coli</i> 01 Ec 1/49	+
<i>Salmonella abony</i> CCM 4518	-
<i>Proteus mirabilis</i> 2/35	-

+ positive
- negative

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution


ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, ČR

06. 02. 2024

.....
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032
500 03 Hradec Králové, CZ


.....
Podpis Signature