



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **MIKONAZOL**  
Product

Kat.č. DD 608  
Code

Číslo šarže **1023**  
Lot No.

Datum expirace **2024 02**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 608.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 608.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	26,17 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR

14. 02. 2023

.....  
Datum Date



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

.....  
Podpis Signature