



PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **MIKONAZOL**
Product

Kat.č. DD 608
Code

Číslo šarže **1083**
Lot No.

Datum expirace **2024 08**
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 608.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 608.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	25,33 mm

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR

03. 08. 2023

.....
Datum Date

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ



.....
Podpis

.....
Signature