



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**      **EKONAZOL**  
**Product**

**Kat.č. DD 6101**  
**Code**

**Číslo šarže 1034**  
**Lot No.**

**Datum expirace 2025 03**  
**Expiry Date**

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firmní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN - DD 610.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN - DD 610.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Inhibiční zóna (Inhibition zone)
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	26,17 mm

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

06. 03. 2024

.....  
Datum    Date

*Kucera*

.....  
Podpis                      Signature