ITEST plus s.r.o. biological tests, laboratory diagnostics

PROTOKOL O KONTROLE KVALITY
QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST KRYOBANKA B** Kat. č. **PP 641**
Product Code

Číslo šarže **1074** Datum exspirace **2025 07**
Lot No. Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PP 64.
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PP 64.

Výsledek testu kvality:
Result of the quality test:

Kmen (Strain)	Růst v médiu (Growth in medium)
Staphylococcus aureus CCM 2022	+
Bacillus subtilis CCM 1999	+
Escherichia coli CCM 4517	+

+ roste (growth), - neroste (no growth)

Závěr: Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce
Conclusion: Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.
Kontrolní laboratoř
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, ČR

QUALITY CONTROL ITEST plus Ltd. SUPERVISOR

ITEST plus, s.r.o.
Quality control laboratory
Kladská 1032/44c
500 03 Hradec Králové, CZ

23. 07. 2024
.....
Datum Date

.....
Podpis Signature

OS-S.07-H1/4/1