



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

**Výrobek**     **STĚROVÁ SOUPRAVA**  
**Product**    **SQUARE SAMPLE KIT**

Kat. č.    PP 66  
Code

Číslo šarže    **1014**  
Lot No.

Datum expirace    **2025 01**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PP 66.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm no. PN – PP 66.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Zpětný záchyt mikroorganismů (Regressive cultivation of microorganisms)
<i>Candida albicans</i> CCM 8186	93 %
<i>Bacillus subtilis</i> CCM 1999	93 %

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a je vhodný pro daný účel.  
**Conclusion:** Product corresponds to firm norm and it is suitable for intended use.

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

16.01. 2024

.....  
Datum    Date

.....  
Podpis    Signature