



**plus s.r.o.** biological tests, laboratory diagnostics

## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **DEOXYCHOLÁT SODNÝ**  
Product

Kat.č. **PT 102**  
Code

Číslo šarže **1044**  
Lot No.

Datum expirace **2024 10**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PT 102.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PT 102.

**Výsledek funkční zkoušky:**  
**Result of the functional test:**

Kmen (Strain)	Přidání PT 102 (addition of PT 102):
<i>Streptococcus pneumoniae</i> CCM 4501	kmen se rozpustí (strain is dissolved)
<i>Streptococcus constellatus</i> CCM 4043	kmen je beze změny (strain is without change)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, ČR

ITEST plus, s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032  
500 03 Hradec Králové, CZ

23. 04. 2024

.....  
Datum Date



.....

Podpis

Signature