



## PROTOKOL O KONTROLE KVALITY QUALITY CONTROL SHEET

Výrobek **ITEST KRYOBANKA K**  
Product

Kat. č. **PP 651**  
Code

Číslo šarže **2024**  
Lot No.

Datum expirace **2025 02**  
Expiry Date

Tento protokol osvědčuje, že reprezentativní vzorek uvedené šarže byl testován ve firemní kontrolní laboratoři v souladu s podnikovou normou PN – PP 64.  
This is to certify that representative sample of this lot was tested in the quality control laboratory according to firm norm No. PN – PP 64.

**Výsledek testu kvality:**  
**Result of the quality test:**

Kmen (Strain)	Růst v médiu (Growth in medium)
<i>Candida albicans</i> CCM 8115	+
<i>Aspergillus brasiliensis</i> CCM 8222	+

+ roste (growth), - neroste (no growth)

**Závěr:** Výrobek vyhovuje podnikové normě a propouští se do distribuce  
**Conclusion:** Product complies with firm norm and it is released to distribution

ITEST plus s.r.o.  
Kontrolní laboratoř  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, ČR



ITEST plus s.r.o.  
Quality control laboratory  
Kladská 1032/44c  
500 03 Hradec Králové, CZ

27. 02. 2024

.....  
Datum Date

.....  
Podpis Signature